

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza, 5900 Orosháza, Könd utca 59.

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Árubeszerzés

1. rész: Radiológia

1 Digitális röntgenfelvételező db 1

2 Digitális röntgen átvilágító db 1

3 Nézőszekrény db 2

4 Lélegeztető ballon, tubusok (felnőtt és gyermek teljes sorozat), szett 2

5 Analóg mammográfiás berendezés +

+ foszforlemez kiolvasó + kazetták db 1

6 Dedikált emlő ultrahang berendezés db 1

7 Speciális mammográfiás nézőszekrény db 1

8 Ultrahang közép-felső szintű berendezés db 1

9 Digitális és/vagy hard-copy archiváló rendszer db 1

2. rész: Központi műtőegység, ébredő – megfigyelő

1 Megfelelő megvilágítást biztosító műtőlámpa/műtőlámpa rendszer biztonsági áramforrással db 1

2 Mobil műtőlámpa db 3

3 Infúziós pumpa + állvány db 3

4 Nagyfrekvenciás vágó és elektrocoaguláló készülék db 1

5 Műszerasztal gördíthető db 3

6 Műszerasztal sonnenburg db 3

7 Vérkészítmény és gyógyszer tárolására

alkalmas hűtő (központi műtőben közös) db 1

8 Vérkészítmény melegítő(központi műtőben közös) db 1

9 Defibrillátor (mobil) db 3

10 Belgyógyászati vizsgálóasztal fellépő zsámollyal db 2

11 EKG - 6 csatornás db 1

12 Pulsoximéter db 1

13 Vérnyomásmérő db 3

14 Hőmérő (higanymentes) db 3

15 Defibrillátor (akkumulátoros üzemben is működik) db 1

16 Lélegeztető ballon, tubusok (felnőtt és gyermek teljes sorozat) szett 2

17 Laringoscop (teljes lapoc sorozat) db 1

18 Respirométer (magas tudásfokozatú) db 1

19 Respirométer (alacsony tudásfokozatú) db 1

20 Infúziós pumpa (magas tudásfokozatú) db 1

21 Vizsgálólámpa db 1

22 Ágy (magas tudásszintű intenzív ágy) db 3

23 Tolókocsi db 1

24 Hűtőszekrény db 1

3. rész: Labor, központi sterilizáló egység

1 Immunkémiai automata min 15 paraméteres db 1

2 Koagulométer db 1

3 Osmometer db 1

4 Mosogató medence db 1

5 Mosogatógép db 1

6 Vízpisztoly db 1

7 Hőérzékeny anyagok sterilizálására engedélyezett berendezés db 1

3. A választott eljárás fajtája: uniós értékhatár szerinti nyílt eljárás.

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: ---

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: ---

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének napja: 2012/S 82-134573, 2012. 04. 27., KÉ - 6494/2012., 2012. 04. 30.

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen.

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: ---

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: ---

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

1. rész: 1 db

2. rész: 2 db

3. rész: 3 db

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszerzőpontjai - szerinti tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

1. részajánlati kör:

Cégnév: HUN – MED KFT.

Székhely: 2040 Budaörs, Károly Király út 39.

<input type="checkbox"/>	Részszerzőpont	ajánlat
<input type="checkbox"/>	1. részajánlati kör	
<input type="checkbox"/>	1. Nettó ajánlati ár (HUF)	132 071 620 .-
<input type="checkbox"/>	2. Jótállás időtartama-(hónap, max. 36)	12 hónap
<input type="checkbox"/>	3. Vállalt többlet műszaki tartalom	
<input type="checkbox"/>	Digitális röntgenfelvételező	
<input type="checkbox"/>	Asztallap hosszirányú mozgás Min. 95 cm	120 cm
<input type="checkbox"/>	Keresztirányú mozgás Min. 24 cm	36 cm
<input type="checkbox"/>	Asztallap teherbírása min.: 200 kg	375 kg
<input type="checkbox"/>	Anatómiai programozhatóság min.: 50 db	1024 db
<input type="checkbox"/>	Variofókus (két fókuszpont közötti tartományban automatikus fókuszméret beállítás az APR alapján)	Igen
<input type="checkbox"/>	Pixel méret Max. 200 µm	139 µm
<input type="checkbox"/>	Bucky középpontjának legalsó pozíciója Max. 40 cm	30 cm
<input type="checkbox"/>	Oscilláló finomrács	Igen
<input type="checkbox"/>	Digitális röntgen átvilágító és felvételi berendezés	
<input type="checkbox"/>	Vizsgálószerkezettől függetlenül állványon elmozgatható rtg cső	Igen
<input type="checkbox"/>	Csőtartó kar elforgathatósága függőleges tengely mentén (min: +/- 90 fok)	Igen

<input type="checkbox"/>	Rétegfelvétel készítése a vizsgálóasztal bármilyen fokú döntöttségénél	Igen
<input type="checkbox"/>	Anatómiai programozhatóság min.: 50 db	1024 db
<input type="checkbox"/>	Kombinált Cu/Al szűrők alkalmazása	Igen
<input type="checkbox"/>	Foszforlemezes kiolvasó kazettával	
<input type="checkbox"/>	Érintőképernyő	Igen
<input type="checkbox"/>	Dedikált emlő ultrahang berendezés	
<input type="checkbox"/>	Dinamika tartomány nagysága (dB) min. 196dB	232 db
<input type="checkbox"/>	Laterális erősítés (Lateral gain) manuális állíthatósága potméterekkel	Igen, 2 db
<input type="checkbox"/>	Kezelő pultba gyárilag integrált USB csatlakozó	Igen
<input type="checkbox"/>	Rendszerkocsitól, monitortól függetlenül elfordítható kezelőpult, hány fokban	Igen, 340 fokban
<input type="checkbox"/>	Ultrahang közép-felső szintű berendezés	
<input type="checkbox"/>	Dinamika tartomány nagysága (dB) min. 196dB	Igen, 232 db
<input type="checkbox"/>	Laterális erősítés (Lateral gain) manuális állíthatósága potméterekkel	Igen, 2 db
<input type="checkbox"/>	Egy időben csatlakoztatható képalkotó vizsgálófejek (csatlakozók) száma (db): min 4 db.	Igen, 5 db
<input type="checkbox"/>	Color box steering a két lehetséges jobb/bal döntési szélső állás között folyamatosan	Igen
<input type="checkbox"/>	Rendszerkocsitól, monitortól függetlenül elfordítható kezelőpult, hány fokban	Igen, 340 fokban
<input type="checkbox"/>	Digitális és/vagy hard-copy archiváló rendszer	
<input type="checkbox"/>	veszteségmentes képtömörítési eljárás alkalmazása	Igen
<input type="checkbox"/>	DICOM modalitások csatlakoztatásának licenzdíja bővítés esetén max . bruttó 1 millió Ft	Modalitásonként 0 Ft
<input type="checkbox"/>	Konkurens megtekintői licenz min. 10 db	9999 db

2. részajánlati kör:

Cégnév: MEDIPLAN KÓRHÁZTERVEZŐ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FŐVÁLLALKOZÓ KFT.

Székhely: 1011 Budapest, hunyadi János út 13.

<input type="checkbox"/>	Részszempont	ajánlat
<input type="checkbox"/>	2. részajánlati kör	
1.	Nettó ajánlati ár (HUF)	22.900.000
2.	Jótállás időtartama-(hónap, max. 36)	13 hónap
3.	Vállalt többlet műszaki tartalom	
<input type="checkbox"/>	Vérkészítmény melegítő	
<input type="checkbox"/>	Léptetési egység max. 1 °C	0,5 °C
<input type="checkbox"/>	Felmelegedési idő max 90 s	40 s
<input type="checkbox"/>	Súly max. 3 kg	1,9 kg
<input type="checkbox"/>	Defibrillátor mobil	
<input type="checkbox"/>	SMART bifázisos hullámforma	Nem
<input type="checkbox"/>	Energialépcsők min. 10 db	14 lépcső

<input type="checkbox"/>	Feltöltési idő 200J-ra hálózati táplálás esetén max. 7 s	3 sec
<input type="checkbox"/>	EKG – 12 csatornás	
<input type="checkbox"/>	Érintőképernyő	Igen
<input type="checkbox"/>	EKG tárolása min. 100 db	200 db
<input type="checkbox"/>	EKG rendszerbe köthető	Igen
<input type="checkbox"/>	Munkafolyamat lista letölthető	Igen
<input type="checkbox"/>	Digitális pácienskábel (jobb zavarszűrés)	Nem
<input type="checkbox"/>	Kiértékelő program (interpret) /előny a tulajdonság megléte/	Igen
<input type="checkbox"/>	A készülék folyamatos min 5 perces memóriába full disclosure felvétel tárolása és ebből bármelyik időpont kiválasztása és kinyomtatása.	Nem
<input type="checkbox"/>	Defibrillátor	
<input type="checkbox"/>	SMART bifázisos hullámforma	Nem
<input type="checkbox"/>	Energialépcsők száma min. 10	14 lépcső
<input type="checkbox"/>	Feltöltési idő 200J-ra hálózati táplálás esetén max. 7 s	3 sec
<input type="checkbox"/>	Infúziós pumpa magas tudásfokozatú	
<input type="checkbox"/>	2ml-es fecskendő alkalmazhatósága	Igen
<input type="checkbox"/>	Fecskendőszár befogás módja automatikus	Igen
<input type="checkbox"/>	Mikro üzemmódban (0,1-99,99 ml/h tartományban) az állítás lépésköze: max. 0,1 ml/h	0,01 ml/h
<input type="checkbox"/>	Bólus ráta mértéke min. 1000 ml/h	1800 ml/h
<input type="checkbox"/>	Állítás (KVO) fokozatainak száma min. 30	300 db
<input type="checkbox"/>	Súly max. 2 kg	1,4 kg
<input type="checkbox"/>	Vizsgáló lámpa	
<input type="checkbox"/>	Megvilágítás erőssége: 0,3 m-en min. 100000 lux	140.000 lux

3. részajánlati kör:

Cégnév: ARTMED Kft.

Székhely: 1138 Budapest, Viza u. 7/c.

<input type="checkbox"/>	Részszempont	ajánlat
<input type="checkbox"/>	3. részajánlati kör	
1.	Nettó ajánlati ár (HUF)	43.561.100.-
2.	Jótállás időtartama-(hónap, max. 36)	12 hó

Ajánlattevők alkalmasságának indoklása: az ajánlattételi felhívásnak és a Kbt. – nek megfelelően nyújtották be ajánlatukat. Az ajánlattevők megfeleltek az ajánlattételi felhívásban előírt pénzügyi – gazdasági, és műszaki – szakmai alkalmassági követelményeknek.

b) Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):**

1. részajánlati kör:

		Az ajánlattevő neve:
--	--	----------------------

Az elbírálás részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	A részszempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	HUN – MED KFT.	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Nettó ajánlati ár (HUF)	275	10	2750
Jótállás időtartama (hónap, max. 36)	25	10	250
Vállalt többlet műszaki tartalom összsúlyszáma	200	10	2000
Digitális röntgenfelvételező vállalt műszaki tartalom összsúlyszáma	65	10	650
Asztallap hosszirányú mozgás Min. 95 cm	10	10	100
Keresztirányú mozgás Min. 24 cm	5	10	50
Asztallap teherbírása min.: 200 kg	10	10	100
Anatómiai programozhatóság min.: 50 db	5	10	50
Variofókus (két fókuszpont közötti tartományban automatikus fókusz méret beállítás az APR alapján)	10	10	100
Pixel méret Max. 200 µm	10	10	100
Bucky középpontjának legalsó pozíciója Max. 40 cm	5	10	50
Oscilláló finomrács	10	10	100
Digitális röntgen átvilágító és felvételi berendezés vállalt műszaki tartalom összsúlyszáma	40	10	400

Vizsgálószerkezet től függetleníthető és gördíthető állványon elmozgatható rtg cső	10	10	100
Csőtartó kar elforgathatósága függőleges tengely mentén (min: +/- 90 fok)	10	10	100
Rétegfelvétel készítése a vizsgálóasztal bármilyen fokú döntöttségénél	10	10	100
Anatómiai programozhatóság min.: 50 db	5	10	50
Kombinált Cu/Al szűrők alkalmazása	5	10	50
Foszforlemezes kiolvasó kazettával vállalt műszaki tartalom összsúlyszáma	5	10	50
Érintőképernyő	5	10	50
Dedikált emlő ultrahang berendezés vállalt műszaki tartalom összsúlyszáma	35	10	350
Dinamika tartomány nagysága (dB) min. 196dB	10	10	100
Laterális erősítés (Lateral gain) manuális állíthatósága potméterekkel	10	10	100
Kezelő pultba gyárilag integrált USB csatlakozó	5	10	50
Rendszer kocsitól, monitortól függetlenül elfordítható kezelőpult, hány fokban	10	10	100
Ultrahang közép-felső szintű	45	10	450

berendezés vállalt műszaki tartalom összsúlyszáma			
Dinamika tartomány nagysága (dB) min. 196dB	10	10	100
Laterális erősítés (Lateral gain) manuális állíthatósága potméterekkel	10	10	100
Egy időben csatlakoztatható képalkotó vizsgálófejek (csatlakozók) száma (db): min 4 db.	5	10	50
Color box steering a két lehetséges jobb/bal döntési szélső állás között folyamatosan	10	10	100
Rendszerkocsitól, monitortól függetlenül elfordítható kezelőpult, hány fokban	10	10	100
Digitális és/vagy hard-copy archiváló rendszer vállalt műszaki tartalom összsúlyszáma	10	10	100
vesztésmentes képtömörítési eljárás alkalmazása	2	10	20
DICOM modalitások csatlakoztatásának licenzdíja bővítés esetén max . bruttó 1 millió Ft	3	10	30
Konkurens megtekintői licenz min. 10 db	5	10	50
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei			5000

ajánlattevőnként:			
-------------------	--	--	--

2. részajánlati kör:

Az elbírálás részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	A részszempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	Az ajánlattevő neve: MEDIPLAN KÓRHÁZTERVEZŐ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FŐVÁLLALKOZÓ KFT.	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Nettó ajánlati ár (HUF)	275	10	2750
Jótállás időtartama (hónap, max. 36)	25	10	250
Vállalt többlet műszaki tartalom összsúlyszáma	200	10	2000
Vérkészítmény melegítő vállalt műszaki tartalom összsúlyszáma	30	10	300
Léptetési egység max. 1 oC	10	10	100
Felmelegedési idő max 90 s	10	10	100
Súly max. 3 kg	10	10	100
Defibrillátor mobil vállalt műszaki tartalom összsúlyszáma	25	10	250
SMART bifázisos hullámforma	5	10	50
Energialépcsők min. 10 db	10	10	100
Feltöltési idő 200J-ra hálózati táplálás esetén max 7 s	10	10	100
EKG – 12 csatornás vállalt műszaki tartalom összsúlyszáma	50	10	500
Érintőképernyő	10	10	100
EKG tárolása min. 100 db	10	10	100
EKG rendszerbe köthető	5	10	50
Munkafolyamatlis ta letölthető	5	10	50

Digitális pácienskábel (jobb zavarszűrés)	5	10	50
Kiértékelő program (interpret) /előny a tulajdonság megléte/	5	10	50
A készülék folyamatos min 5 perces memóriába full disclosure felvétel tárolása és ebből bármelyik időpont kiválasztása és kinyomtatása.	10	10	100
Defibrillátor vállalt műszaki tartalom összsúlyszáma	25	10	250
SMART bifázisos hullámforma	10	10	100
Energialépcsők száma min. 10	5	10	50
Feltöltési idő 200J-ra hálózati táplálás esetén max. 7 s	10	10	100
Infúziós pumpa magas tudásfokozatú vállalt műszaki tartalom összsúlyszáma	60	10	600
2ml-es fecskendő alkalmazhatósága	10	10	100
Fecskendőszár befogás módja automatikus	10	10	100
Mikro üzemmódban (0,1-99,99 ml/h tartományban) az állítás lépésköze: max. 0,1 ml/h	10	10	100
Bólus ráta mértéke min. 1000 ml/h	10	10	100
Állítás (KVO) fokozatainak száma min. 30	10	10	100
Súly max. 2 kg	10	10	100

Vizsgáló lámpa vállalt műszaki tartalom összsúlyszáma	10	10	100
Megvilágítás erőssége: 0,3 m-en min. 100000 lux	10	10	100
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			5000

3. részajánlati kör:

Az elbírálás részszempontjai (adott esetben alszempontjai is)	A részszempontok súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is)	Az ajánlattevő neve: ARTMED Kft.	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Nettó ajánlati ár (HUF)	90	10	900
Jótállás időtartama (hónap, max. 36)	10	10	100
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:			1000

c) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 1-10**

d) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:** Az ajánlati ár és a jótállás időtartam részszempontok tekintetében az értékelést az arányosítás elvével végezte Ajánlatkérő.

A vállalt többlet műszaki tartalom részszempont tekintetében a minimálisan előír műszaki tartalom és az elvárt paraméterek közötti tartományba eső érték esetén az ajánlat 1 pontot kapott, az elvártat meghaladó műszaki tartalom pedig az adott paraméternél jelölt maximális pontot kapta. Az egyes paraméterekre adott pontszámok összeadódtak és ez került az értékelés során figyelembe vételre.

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

2. részajánlati kör:

MQS Hungary Kft. (2600 Vác, Kápolna u. 44.) - MEDIPORTA EGÉSZSÉGÜGYI KFT. (1221 Budapest, Ady Endre út 37. B. ép.) közös ajánlata

Indoklás: Az ajánlatában szereplő alábbi hiányosságokat a hiánypótlási felhívás ellenére a megadott

határidőig nem pótolta, így ajánlata a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen:

- A felolvasólapon a 2. részajánlati kör 12 csatornás EKG esetén az „EKG tárolása min. 100 db” megajánlás hiányzik.
- Ajánlatában a 4. számú melléklet szerinti nyilatkozatban az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőként megjelölt cégek részéről nem csatolta a Kbt. 55.§ (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
- Az ajánlatban megjelölt szervizalkalmazottak vonatkozásában Papp Ferenc a Medcenter Nonprofit Kft. alkalmazottja, ezen cég azonban nem került feltüntetésre a 4. számú melléklet szerinti nyilatkozatban, Tóth László Ferenc szakember pedig önéletrajza szerint az ONCOLINAC Kft. nevű saját vállalkozás tulajdonosa, az alkalmasság igazolásában való részvétele azonban ezen szakembernek sem tisztázott (amennyiben a megjelölt cég munkavállalója, ennek feltüntetése is szükséges a 4. számú melléklet szerinti nyilatkozatban).
- Nem csatolta a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ - ban meghatározottak szerint a közjegyző által hitelesített nyilatkozatot a Kbt. 56.§ (1) f), i), és 57.§ (1) a), b), c) pontjai szerinti kizáró okok fenn nem állásáról.
- Nem csatolt nyilatkozatot a Kbt. 56.§ (2) bekezdése szerinti kizáró ok fenn nem állásáról.
- Nem csatolta az ajánlati felhívás III.2.3) M/3. pontjának megfelelően a megajánlott orvostechnikai eszközökre vonatkozóan a 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben, illetve 93/42/EEC tanácsi irányelvben előírt, osztályba sorolástól függő EK megfelelőségi nyilatkozatot vagy tanúsítványt a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdés e) pontja alapján.
- Nem csatolta az ajánlati felhívás VI.3) 24. pontjának megfelelően az ajánlatában megjelölt forgalmazók nyilatkozatait a forgalmazási jogosultságokra vonatkozóan.
- Nem csatolta az ajánlatkérési dokumentáció VII. pontjában kért termékleírásokat, specifikációkat.

3. részajánlati kör:

MEDIPLAN KÓRHÁZTERVEZŐ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FŐVÁLLALKOZÓ KFT., 1011 Budapest, Hunyadi János út 13.

Indoklás: Az ajánlati felhívásban előírt ajánlati biztosítékok Ajánlattevő nem bocsátotta Ajánlatkérő rendelkezésére, így ajánlata a Kbt. 74.§ (2) bekezdés c) pontja alapján érvénytelen.

MQS Hungary Kft. (2600 Vác, Kápolna u. 44.) - MEDIPORTA EGÉSZSÉGÜGYI KFT. (1221 Budapest, Ady Endre út 37. B. ép.) közös ajánlata

Indoklás: Az ajánlatában szereplő alábbi hiányosságokat a hiánypótlási felhívás ellenére a megadott határidőig nem pótolta, így ajánlata a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen:

- A felolvasólapon a 2. részajánlati kör 12 csatornás EKG esetén az „EKG tárolása min. 100 db” megajánlás hiányzik.
- Ajánlatában a 4. számú melléklet szerinti nyilatkozatban az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőként megjelölt cégek részéről nem csatolta a Kbt. 55.§ (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
- Az ajánlatban megjelölt szervizalkalmazottak vonatkozásában Papp Ferenc a Medcenter Nonprofit Kft. alkalmazottja, ezen cég azonban nem került feltüntetésre a 4. számú melléklet szerinti nyilatkozatban, Tóth László Ferenc szakember pedig önéletrajza szerint az ONCOLINAC Kft. nevű saját vállalkozás tulajdonosa, az alkalmasság igazolásában való részvétele azonban ezen szakembernek sem tisztázott (amennyiben a megjelölt cég munkavállalója, ennek feltüntetése is szükséges a 4. számú melléklet szerinti nyilatkozatban).
- Nem csatolta a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ - ban meghatározottak szerint a közjegyző által hitelesített nyilatkozatot a Kbt. 56.§ (1) f), i), és 57.§ (1) a), b), c) pontjai szerinti kizáró okok fenn nem állásáról.
- Nem csatolt nyilatkozatot a Kbt. 56.§ (2) bekezdése szerinti kizáró ok fenn nem állásáról.
- Nem csatolta az ajánlati felhívás III.2.3) M/3. pontjának megfelelően a megajánlott orvostechnikai eszközökre vonatkozóan a 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben, illetve

93/42/EEC tanácsi irányelvben előírt, osztályba sorolástól függő EK megfelelési nyilatkozatot vagy tanúsítványt a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdés e) pontja alapján.

- Nem csatolta az ajánlati felhívás VI.3) 24. pontjának megfelelően az ajánlatában megjelölt forgalmazók nyilatkozatait a forgalmazási jogosultságokra vonatkozóan.
- Nem csatolta az ajánlatkérési dokumentáció VII. pontjában kért termékleírásokat, specifikációkat.

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

1. részajánlati kör:

HUN – MED KFT., 2040 Budaörs, Károly Király út 39., ajánlati ár nettó 132.071.620.- Ft.

Indoklás: Nevezett cég által benyújtott ajánlat, mint az egyetlen ajánlat érvényes. Az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlati ára a rendelkezésre álló összegbe belefér.

2. részajánlati kör:

MEDIPLAN KÓRHÁZTERVEZŐ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FŐVÁLLALKOZÓ KFT., 1011 Budapest, Hunyadi János út 13., ajánlati ár nettó 22.900.000.- Ft.

Indoklás: Nevezett cég által benyújtott ajánlat érvényes. Az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlati ára a rendelkezésre álló összegbe belefér.

3. részajánlati kör:

ARTMED Kft., 1138 Budapest, Viza u. 7/c., ajánlati ár nettó 43.561.100.- Ft.

Indoklás: Nevezett cég által benyújtott ajánlat érvényes. Az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlati ára a rendelkezésre álló összegbe belefér.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: ---

12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

1. részajánlati kör: -

2. részajánlati kör:-

3. részajánlati kör: 1 db immunkémiai automata készülék szállítása/üzembe helyezése, III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása: Referencia igazolás 1 db immunkémiai automata (min. 15 paraméteres) szállítására

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ---

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

1. részajánlati kör: -

2. részajánlati kör: -

3. részajánlati kör: Roche Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Edison u. 1., százalékos arány: 14,28 %

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ---

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:

1. részajánlati kör: -

2. részajánlati kör: Roche Kft., 2040 Budapest, Edison u. 1., referencia III.2.3) M/1.

Lab – Ex Kft., 1119 Budapest, Hadak útja 41., referencia III.2.3) M/1.

MEDEXPERT Kft., 1037 Budapest, Törökkő u. 5 – 7., teljesítésbe bevonnak kívánt szakemberek III.2.3) M/2.

3. részajánlati kör: Lab – Ex Kft., 1119 Budapest, Hadak útja 41., III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, referencia igazolás: 2 db osometer szállítása.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ---

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2012. 10. 02.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2012. 10. 11.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2012. 10. 01.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2012. 10. 01.
18.* Az összegezés módosításának indoka: ---
19.* Az összegezés módosításának időpontja: ---
20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja: ---
21.* Az összegezés javításának indoka: ---
22.* Az összegezés javításának időpontja: ---
23.* A javított összegezés megküldésének időpontja: ---
24.* Egyéb információk:

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.


Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza
Ajánlatkérő



